

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 108年07月

	六號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		1118-0011	
備用	0436-049		0742-0169	
範圍	2~8℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max
2019/7/1	3.3	5.1	19.4	20.4
2019/7/2	3.3	4.1	19.4	20.8
2019/7/3	3.3	4	19.9	20.5
2019/7/4	3.3	4.1	19.7	20.3
2019/7/5	3.5	4.9	19.7	20.3
2019/7/6	3.7	4.1	19.7	19.9
2019/7/7	3.7	4.1	19.7	19.9
2019/7/8	3.7	4.2	19.6	20.4
2019/7/9	3.7	4.1	19.6	20
2019/7/10	3.7	4.2	19.9	20.4
2019/7/11	3.7	4.1	20.3	20.9
2019/7/12	3.7	4.1	20.1	20.9
2019/7/13	3.7	4.2	19.7	20.2
2019/7/14	3.7	4.2	19.5	19.9
2019/7/15	3.7	4.2	19.6	20.4
2019/7/16	3.7	4.3	19.7	20.3
2019/7/17	3.6	4.1	19.6	21.2
2019/7/18	3.6	4.2	20.3	21.1
2019/7/19	3.7	4.1	20.3	21.3
2019/7/20	3.9	4.2	21.3	22.2
2019/7/21	3.9	4.2	21.7	22.1
2019/7/22	3.6	4.2	21.4	22.3
2019/7/23	3.6	4	20.9	21.4
2019/7/24	3.6	4.2	20.5	21.2
2019/7/25	3.6	4.2	20.3	21.1
2019/7/26	3.6	4.2	20.3	21.1
2019/7/27	3.8	4.2	20.1	20.5
2019/7/28	3.8	4.2	19.9	20.1
2019/7/29	3.8	4.2	19.8	20.3
2019/7/30	3.7	4.2	20.1	20.3
2019/7/31	3.8	4.2	20.2	20.4

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師:

溫度均在正常範圍內

108
0801

藥學部 邱保祥
師(三)級藥師

108
0801

藥學部 溫雅如
師(三)級藥師