

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 113 年 04 月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8°C		2~8°C		15~25°C	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2024/4/1	4.2	5.2	3.5	4.3	20.3	20.4
2024/4/2	4.2	4.7	3.6	4.1	20.4	21.1
2024/4/3	4.1	4.7	3.7	4.2	20.7	21.3
2024/4/4	4.2	4.6	3.7	4.2	20.9	21.3
2024/4/5	4.2	4.6	3.7	4.2	20.8	21.1
2024/4/6	4.2	4.6	3.7	4.2	20.7	20.9
2024/4/7	4.2	4.6	3.7	4.2	20.7	21.1
2024/4/8	4	4.6	3.7	4.2	20.7	21.1
2024/4/9	4.1	4.5	3.4	4.3	20.3	21.1
2024/4/10	4.2	4.7	3.4	4.1	20.3	20.7
2024/4/11	4.2	4.8	2.9	4	20.4	20.9
2024/4/12	4.2	4.9	3.3	4	20.6	21.1
2024/4/13	4.4	4.8	3.5	4	20.8	21.1
2024/4/14	4.3	4.8	3.5	4	20.6	21.1
2024/4/15	4.3	4.8	3.5	4.1	20.8	21.5
2024/4/16	4.3	4.8	3.6	4.1	21.1	21.6
2024/4/17	4.4	4.9	3.5	4.3	21.2	21.4
2024/4/18	4.3	5.3	3.4	4	21.1	21.5
2024/4/19	4.4	4.9	3.6	4	20.9	21.3
2024/4/20	4.4	5.1	3.5	4	21.3	21.7
2024/4/21	4.4	4.8	3.5	4	21.3	21.7
2024/4/22	4.3	4.8	3.5	4.1	21.2	21.8
2024/4/23	4.3	4.8	3.6	4.1	21.4	22.1
2024/4/24	4.2	5.1	3.6	4.2	21.7	22.1
2024/4/25	4.3	4.8	3.7	4.2	21.7	21.8
2024/4/26	4.2	5.1	3.7	4.2	21.5	22
2024/4/27	4.3	4.7	3.7	4.2	21.6	21.9
2024/4/28	4.3	4.7	3.7	4.2	21.4	21.9
2024/4/29	4.3	4.8	3.7	4.2	21.3	21.7
2024/4/30	4.3	4.7	3.7	4.2	21.4	21.8

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥
師(三)級藥師 113
0501 藥學部 邱子芹
師(三)級藥師 113
0501

總藥師: 藥學部 廖志峰
師(二)級藥師 050
1510

業管主管: 藥學部 何沁沁
師(一)級藥師 0802
0830