

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 113 年 05 月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8°C		2~8°C		15~25°C	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2024/5/1	4.2	5.7	2.4	4.6	21.6	21.9
2024/5/2	4.2	4.9	2.4	3.9	21.9	22.2
2024/5/3	4.1	4.9	2.4	3.7	21.8	22.1
2024/5/4	4.2	4.9	2.4	3.7	21.7	21.9
2024/5/5	4.2	4.9	2.4	3.7	21.6	21.9
2024/5/6	4.2	4.9	2.3	3.7	21.6	22
2024/5/7	4.1	4.9	2.6	5.1	21.8	22.1
2024/5/8	4.2	4.9	3.7	5.1	21.8	22.1
2024/5/9	3.9	5.4	3.7	5.9	21.6	22
2024/5/10	4.1	4.9	3.8	5	21.7	22
2024/5/11	4.2	4.9	3.8	4.9	21.7	21.9
2024/5/12	4.2	4.9	3.8	4.9	21.5	21.9
2024/5/13	4.2	4.9	3.4	4.8	21.4	21.7
2024/5/14	4.2	4.9	3.3	4.4	21.2	21.6
2024/5/15	4.3	5.4	3.3	4.5	20.8	21.5
2024/5/16	4.3	4.9	3.4	4.7	20.9	21.4
2024/5/17	4.3	4.9	3.4	4.7	21.2	21.6
2024/5/18	4.3	4.9	3.4	4.7	21.3	21.6
2024/5/19	4.3	4.9	3.4	4.7	21.3	21.6
2024/5/20	4.2	5.1	3.3	4.9	21.4	22.4
2024/5/21	4.2	4.9	3.1	4.5	21.8	22.7
2024/5/22	4.1	4.9	3.1	4.5	21.9	22.4
2024/5/23	4.2	4.7	3.1	4.5	21.9	22.4
2024/5/24	4.2	4.8	3.2	4.5	21.9	22
2024/5/25	4.2	4.8	3.1	4.5	21.7	22.2
2024/5/26	4.2	4.8	3.1	4.6	21.5	22.2
2024/5/27	4.2	5	3.1	4.7	21.6	22
2024/5/28	4.4	5.1	3.3	4.7	21.6	22
2024/5/29	4.3	5	3.7	5.1	21.3	22
2024/5/30	4.4	5.1	3.7	4.9	21.7	22.1
2024/5/31	4.4	5.1	3.7	4.7	21.7	22.3

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥 113 0603
師(三)級藥師
藥學部 邱予芹 113 0604
師(三)級藥師

總藥師: 藥學部 廖志峰 113 0605
師(二)級藥師

業管主管: 藥學部 何沁沁 113 0605
科主任