

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 113 年 07 月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8°C		2~8°C		15~25°C	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2024/7/1	4.1	7.1	3.9	6.7	22.2	23.9
2024/7/2	4.3	6.4	4	4.7	22.6	23.2
2024/7/3	4.3	4.9	3.9	4.6	22.2	23
2024/7/4	4.2	4.8	3.9	4.4	22.3	23
2024/7/5	4.3	4.8	4.1	4.5	22.3	23.2
2024/7/6	4.2	4.8	4.2	4.6	22.4	23.2
2024/7/7	4.3	4.9	4.2	4.6	22.3	22.9
2024/7/8	4.2	4.8	4.2	4.6	22.1	22.8
2024/7/9	4.2	4.8	4	4.6	22.1	23.1
2024/7/10	4.3	4.8	4.1	4.7	22.2	23.1
2024/7/11	4.3	4.8	4.2	4.6	22.2	22.9
2024/7/12	4.3	4.9	4.2	4.5	22.2	23.2
2024/7/13	4.4	4.9	4.2	4.5	22.3	23.2
2024/7/14	4.4	4.9	4.2	4.6	22.1	22.7
2024/7/15	4.4	4.9	3.9	4.6	22	22.4
2024/7/16	4.2	5	3.9	4.4	22.1	22.9
2024/7/17	4.1	4.7	3.9	4.5	22.2	22.9
2024/7/18	4.1	4.7	4.1	4.7	22.3	22.8
2024/7/19	4.1	4.8	4.2	4.6	22.1	22.8
2024/7/20	4.1	4.7	4.2	4.6	22.2	22.9
2024/7/21	4.1	4.7	4.2	4.6	22.2	22.8
2024/7/22	4.1	4.9	4.2	4.6	22.1	22.7
2024/7/23	4.2	4.8	4.3	4.9	22.4	23
2024/7/24	4.1	4.8	4.4	4.7	22.9	23.9
2024/7/25	4.2	4.8	4.4	4.7	22.8	23.6
2024/7/26	4.2	4.9	4.2	4.7	22.6	23.1
2024/7/27	4.2	4.9	4.2	4.6	22.1	22.8
2024/7/28	4.3	4.9	4.2	4.6	21.9	22.6
2024/7/29	4.2	5	4.3	4.7	21.8	22.4
2024/7/30	4.2	4.9	4.3	4.8	21.9	22.4
2024/7/31	4.3	4.9	4.3	4.7	21.9	22.5

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥 113 0801
藥學部 邱子芹 113 0801

總藥師: 藥學部 廖志峰 113 0801
 1420

業管主管: 藥學部 何沁沁 113 0806
 0930

溫度均在正常範圍內