

# 臺北榮民總醫院藥學部

## 臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 114 年 02 月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8°C		2~8°C		15~25°C	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2025/2/1	4.1	4.9	4.7	5.3	17.6	20.3
2025/2/2	4.1	4.9	4.7	5.3	17.2	20
2025/2/3	3.9	5.1	4.7	5.4	19.9	20.1
2025/2/4	4.1	5.1	4.6	5.2	19.2	19.9
2025/2/5	4.1	4.9	4.6	5.2	19.2	19.9
2025/2/6	4.1	5.1	4.5	5.4	19.1	19.7
2025/2/7	4.2	4.8	4.7	5.3	19.5	19.9
2025/2/8	4.2	4.8	4.7	5.7	18.9	19.7
2025/2/9	4.2	4.9	4.7	5.2	18.6	19.4
2025/2/10	4.3	4.9	4.6	5.3	18.8	19.2
2025/2/11	4.2	4.9	4.3	5.2	19.1	19.4
2025/2/12	4.1	5.3	4.3	5.8	19.4	19.8
2025/2/13	4.2	4.9	4.4	4.9	19.4	19.7
2025/2/14	4.2	4.9	4.4	5.2	19.4	19.8
2025/2/15	4.2	4.9	4.6	5.1	19.7	19.8
2025/2/16	4.2	4.9	4.6	5.2	19.7	19.8
2025/2/17	4.2	4.9	4.4	5.6	19.4	19.8
2025/2/18	4.1	4.9	4.2	5.1	19.7	19.9
2025/2/19	4.1	4.8	4.6	5.9	19.7	19.9
2025/2/20	4.1	4.7	4.6	5.2	19.9	20.2
2025/2/21	4.2	4.7	4.4	5.2	20.1	20.2
2025/2/22	4.2	4.7	4.7	5.2	19.9	20.1
2025/2/23	4.2	4.8	4.7	5.2	19.7	20.1
2025/2/24	4.2	4.7	4.7	5.4	19.7	20.1
2025/2/25	4.1	4.9	4.7	5.6	17	20.1
2025/2/26	4	5.1	4.7	5.3	16.7	19.2
2025/2/27	4.1	5	4.9	5.3	16.6	19.1
2025/2/28	3.9	4.9	4.9	5.3	16.6	20.1

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

承辦藥師: 藥學部 邱保祥  
師(三)級藥師 114  
17  
1540

總藥師: 藥學部 廖志峰  
師(二)級藥師 1540

業管主管: 藥學部 何沁沁  
科主任 1730

溫度均在正常範圍內