

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 114 年 03 月

	六號冰箱		七號冰箱		室溫	
序號	1436-0086		2123-0026		1118-0011	
備用	0436-049		2123-0027		0742-0169	
範圍	2~8℃		2~8℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2025/3/1	3.9	4.9	4.9	5.3	16.9	20
2025/3/2	3.9	4.9	4.9	5.3	17.3	20.4
2025/3/3	4.1	5.1	4.9	5.6	16.9	17.3
2025/3/4	3.9	4.9	4.9	5.7	17.1	20.1
2025/3/5	3.7	5.3	5.2	6.2	17.3	20.2
2025/3/6	3.9	5.1	5.5	6	17.2	19.7
2025/3/7	4.4	5.2	5.6	5.9	17.2	20
2025/3/8	4.4	5.1	5.6	5.9	16.9	19.7
2025/3/9	4.4	5.1	5.6	5.9	16.8	20.1
2025/3/10	4.4	4.9	5.7	5.9	18.3	20.2
2025/3/11	4.3	4.9	5.1	6	19.9	20.3
2025/3/12	4.4	5.1	5.3	5.8	20.2	20.6
2025/3/13	4.5	5.1	5.3	5.7	20.4	20.9
2025/3/14	4.5	5.2	5.4	5.7	17.4	20.8
2025/3/15	4.6	5.2	5.4	5.6	16.8	17.4
2025/3/16	4.5	5.2	5.4	5.7	16.8	19.7
2025/3/17	4.5	5.1	5.3	5.7	19.5	19.9
2025/3/18	4.5	5.2	5.2	5.6	16.8	20.1
2025/3/19	4.3	5.1	5.2	5.8	18.4	19.9
2025/3/20	4.3	5.1	4.9	5.5	17.1	19.9
2025/3/21	4.2	4.9	4.9	5.3	17.9	20.1
2025/3/22	4.2	4.9	4.9	5.3	20.1	20.4
2025/3/23	4.2	5	4.9	5.3	17.6	20.5
2025/3/24	4.3	5.1	5	5.4	16.9	19.4
2025/3/25	4.3	5.2	5	5.4	16.8	17.3
2025/3/26	4.3	5.1	5.1	5.4	16.8	17.4
2025/3/27	4.3	5.1	5	5.4	17.1	17.4
2025/3/28	4.4	5.2	5.1	5.5	16.9	17.3
2025/3/29	4.4	5.2	5.1	5.4	16.4	16.9
2025/3/30	4.3	5.2	5.1	5.4	16.6	19.7
2025/3/31	4.3	5.2	5.1	5.4	17.1	20.1

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師:

藥學部 葉馨
契約醫務管理組員
藥學部 邱保祥
師(三)級藥師

總藥師:

藥學部 廖志峰
師(二)級藥師
0401
1430

業管主管:

藥學部 何沁沁
科主任
0402
0800